

**Do wszystkich Wykonawców ,  
którzy pobrali SIWZ 34/13r.**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego SIWZ /34/13r. na dostawę i montaż aparatu EKG 12- kanałowego W związku z otrzymanym zapytaniem od Wykonawcy odpowiadamy na wymienione pytania :**

**Załącznik nr1 (Tabela)**

**ODPOWIEDZI :**

**Poz.1 – aparat winien być 12 kanałowy a nie z możliwością wydruku 12- kanałowego**

**Poz.6 - Wykonawca proponuje aparat z wyświetlaczem min 5,7 nie zgodne z parametrem wymaganym**

**Poz.15 – Wykonawca proponuje aparat z zapisem min 300 badań nie zgodne z parametrem wymaganym**

**Poz.18 - Wykonawca proponuje kosz z podstawą jezdnią na akcesoria , Zamawiający wymaga wózka z wysięgnikiem na kabel pacjenta dedykowany do aparatu Zamawiający nie zmienia zapisu w SIWZ , zaproponowane parametry są gorsze od wymaganych , brak odpowiedzi co do pozostałych parametrów.**

**Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego aparatu opisanego w tabeli.**

1- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy i nowatorskiej ergonomicznej konstrukcji aparat EKG o podanej poniżej specyfikacji technicznej ?

Nazwa oferenta :

Producent :

Model :

L.p.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany (wypełnia oferent)
1	Aparat EKG 6-kanalowy z analizą i interpretacją wyników. Możliwość wydruku 12-kanalowego elektrokardiogramu z jednoczesnym pomiarem 12-odprowadzeń.	Tak	
2	Zakres HR min. 30-300 bpm.	Tak	
3	Formaty wydruków: min. 6x2, 6x2+1R, 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R.	Tak	
4	Obsługa oraz instrukcja w języku polskim. Interfejs użytkownika z graficzną prezentacją rozmieszczenia elektrod na ciele pacjenta.	Tak	
5	Wzmocnienie sygnału EKG min. 2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5 mm/mV.	Tak	
6	Wyświetlacz LCD min 5,7" z rozdzielczością min. 320 x 240 do prezentacji graficznej przebiegów EKG z odwzorowaniem bieżących ustawień w formie cyfrowo-literowej.	Tak	
7	Możliwość zapisu badań na pamięci USB oraz możliwość odczytu tych badań na komputerze stacjonarnym.	Tak	
8	Podświetlana klawiatura alfanumeryczna oraz przyciski funkcyjne.	Tak	
9	Papier do rejestratora o wymiarach 110mm. Wsparcie dla papieru w formacie składanki oraz rolki.	Tak	
10	Liniowa głowica termiczna rejestratora.	Tak	
11	Prędkość zapisu min. 5; 10; 12.5; 25; 50 mm/sek.	Tak	
12	Możliwość podłączenia do zewnętrznej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze A4.	Tak	
13	Porty komunikacji - Ethernet, RS232, USB, karta SD.	Tak	
14	Automatyczna detekcja stymulatora serca.	Tak	
15	Zapis min. 300 badań do pamięci urządzenia.	Tak	
16	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe (100-240V, 50/60Hz). Akumulator wystarczający na min. 2 godziny pracy urządzenia.	Tak	
17	Waga urządzenia z baterią max. 2,5kg.	Tak	
18	Podstawa jezdna z koszem na akcesoria.	Tak	
19	Gwarancja min. 24 miesiące.	Tak	