

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 7.12.2015 r., Nr 179677-2015

Dostawa urządzeń medycznych , gwarancja 24 miesiące , kod CPV 33100000 – 1

1. Holter ciśnienia krwi - 2 sztuki
2. Holter EKG 3 kanałowy - 2 sztuki

Dostawa do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz montaż i szkolenie użytkownika

w zakresie obsługi – WOMPCPL w Lublinie ul. Nałęczowska 27, Filia Nr 2 w Lublinie ul. Nowy Świat 38

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

Dotyczy: Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - ofertowy

Pytanie 1: dotyczy: Specyfikacja Funkcjonalna pracy systemu HOLTER, p. 5

„Rejestratory odczytywane w lokalizacji ODCZYT1: RR, EKG, EKG”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym w lokalizacji ODCZYT1 będą odczytywane rejestratory tylko EKG?

Pytanie 2: dotyczy: Specyfikacja Funkcjonalna pracy systemu HOLTER, p. 6

„Rejestratory odczytywane w lokalizacji ODCZYT2: RR”

Czy Zamawiający w lokalizacji ODCZYT2 uwzględni również odczyt z rejestratora EKG? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym w lokalizacji ODCZYT2 będą odczytywane tylko rejestratory EKG?

Pytanie 3: dotyczy: Specyfikacja Funkcjonalna pracy systemu HOLTER, p. 7

„Możliwość współpracy nowych rejestratorów (2 szt. RR i 2 szt. EKG) wraz z oprogramowaniem do ich odczytywania i przeglądania z tą samą bazą danych pacjentów i wyników co użytkowane obecnie rejestratory”

Czy Zamawiający dopuści aplikację o nie gorszych parametrach niż opisana, która jest aplikacją do analizy tylko badań holterowskich EKG?

Pytanie 4: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 4

„Baterie/akumulatory AAA z ładowarką min. 2 szt.”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, które oferuje zasilanie z wymiennej, ładowalnej baterii litowo-polimerowej (w komplecie dostarczane są dwie takie baterie) wraz z ładowarką dla pacjenta?

Pytanie 5: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 12

„Częstotliwość w zakresie min. 0,05Hz-150Hz”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne o zakresie częstotliwości 0,05Hz – 100Hz?

Pytanie 6: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 13

„Połączenie z PC przez USB i Bluetooth”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne oparte na połączeniu z PC przez micro USB oraz możliwość podglądu zapisu EKG bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia?

Pytanie 7: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 15

„Wymiary 53x67x19 mm (+/- 10%)”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne o wymiarach mieszczących się w przedziałach 100-110 x 60-68 x 20-24 mm?

Pytanie 8: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 16

„Waga maksymalna 65 g”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym gotowe do pracy urządzenie (z baterią) waży ok. 170±10 [g]?

Pytanie 9: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 40

„Automatyczna analiza odcinka ST z możliwością zdefiniowania parametrów brzegowych”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym automatyczna analiza odcinka ST będzie wykonywana bez możliwości zdefiniowania parametrów brzegowych?

Pytanie 10: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 50

„Liczba rejestrowanych odprowadzeń –3”

Czy Zamawiający ma na myśli 3 kanały czy 3 odprowadzenia?

Pytanie 11: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 54

„Podgląd zapisu EKG na monitorze komputera w czasie rzeczywistym”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym dostępny będzie bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia?

Pytanie 12: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 55

„Możliwość rozbudowy systemu o holter ciśnienia lub holter kombinowany EKG i RR”

Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania bądź dopuści tylko system dla holtera EKG?

Pytanie 13: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 57

„Jeden program do badań metodą holtera ciśnieniowego i EKG, badań wysiłkowych i EKG spoczynkowego”

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, gdzie jeden program obsługuje badania metodą holtera EKG oraz EKG spoczynkowego?

Pytanie 14: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 60

„Możliwość wczytywania pacjentów do systemu przy użyciu czytnika kodów paskowych, kart magnetycznych lub ręczne wprowadzenie pacjenta”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym możliwość wczytania pacjenta do systemu odbywać się będzie bez użycia kart magnetycznych?

Pytanie 15: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 61

„Karta pacjentów zawierająca szczegółowe dane pacjenta: imię, nazwisko, datę urodzenia, unikalny identyfikator, płeć, wzrost, wagę, wskaźnik BMI, zdjęcie pacjenta, rodzaj trybu życia, stymulator, adres, e-mail, telefon, pole do wpisywania uwag”

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, bez wskaźnika BMI, zdjęcia pacjenta oraz rodzaju trybu życia?

Pytanie 16: dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 65

„Wbudowany detektor ruchu”

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, w którym zamiast wbudowanego detektora ruchu, urządzenie będzie posiadało elektroniczny dzienniczek pacjenta z oznaczeniem takich aktywności jak: wysiłek, sen, jawa, przyjmowanie leku, emocje, zmęczenie, co znacznie ułatwia lekarzowi interpretującemu badanie, przeanalizowanie zapisu badania holterowskiego?

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Nie, zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 2:

Nie, zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 3:

Zamawiający dopuści aplikację o nie gorszych parametrach niż opisana, ale aplikacja musi służyć do analizy badań holterowskich EKG i RR.

Pytanie 4:

Nie, zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 5:

Nie, zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 6:

Nie, zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 7:

Nie, zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 8:

Nie, zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 9:

Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie.

Pytanie 10:

Zamawiający ma na myśli 3 kanały.

Pytanie 11:

Nie, zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 12:

Nie, zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 13:

Nie, zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 14:

Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie.

Pytanie 15:

Nie, zgodnie ze SIWZ.

Pytanie 16:

Nie, zgodnie ze SIWZ.