

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 7.12.2015 r., Nr 179677-2015**

Dostawa urządzeń medycznych , gwarancja 24 miesiące , kod CPV 33100000 – 1

1. Holter ciśnienia krwi - 2 sztuki
2. Holter EKG 3 kanałowy - 2 sztuki

Dostawa do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz montaż i szkolenie użytkownika  
w zakresie obsługi – WOMPCPL w Lublinie ul. Nałęczowska 27, Filia Nr 2 w Lublinie ul. Nowy Świat 38

*Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:*

**Dotyczy: Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - ofertowy**

**Pytanie 1:** dotyczy: Specyfikacja Funkcjonalna pracy systemu HOLTER, p. 5

*„Rejestratory odczytywane w lokalizacji ODCZYT1: RR, EKG, EKG”*

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym w lokalizacji ODCZYT1 będą odczytywane rejestratory tylko EKG?

**Pytanie 2:** dotyczy: Specyfikacja Funkcjonalna pracy systemu HOLTER, p. 6

*„Rejestratory odczytywane w lokalizacji ODCZYT2: RR”*

Czy Zamawiający w lokalizacji ODCZYT2 uwzględni również odczyt z rejestratora EKG? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym w lokalizacji ODCZYT2 będą odczytywane tylko rejestratory EKG?

**Pytanie 3:** dotyczy: Specyfikacja Funkcjonalna pracy systemu HOLTER, p. 7

*„Możliwość współpracy nowych rejestratorów (2 szt. RR i 2 szt. EKG) wraz z oprogramowaniem do ich odczytywania i przeglądania z tą samą bazą danych pacjentów i wyników co użytkowane obecnie rejestratory”*

Czy Zamawiający dopuści aplikację o nie gorszych parametrach niż opisana, która jest aplikacją do analizy tylko badań holterowskich EKG?

**Pytanie 4:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 4

*„Baterie/akumulatory AAA z ładowarką min. 2 szt.”*

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, które oferuje zasilanie z wymiennej, ładowalnej baterii litowo-polimerowej (w komplecie dostarczane są dwie takie baterie) wraz z ładowarką dla pacjenta?

**Pytanie 5:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 12

*„Częstotliwość w zakresie min. 0,05Hz-150Hz”*

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne o zakresie częstotliwości 0,05Hz – 100Hz?

**Pytanie 6:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 13

*„Połączenie z PC przez USB i Bluetooth”*

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne oparte na połączeniu z PC przez micro USB oraz możliwość podglądu zapisu EKG bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia?

**Pytanie 7:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 15

*„Wymiary 53x67x19 mm (+/- 10%)”*

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne o wymiarach mieszczących się w przedziałach 100-110 x 60-68 x 20-24 mm?

**Pytanie 8:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 16

*„Waga maksymalna 65 g”*

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym gotowe do pracy urządzenie (z baterią) waży ok. 170±10 [g]?

**Pytanie 9:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 40

*„Automatyczna analiza odcinka ST z możliwością zdefiniowania parametrów brzegowych”*

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym automatyczna analiza odcinka ST będzie wykonywana bez możliwości zdefiniowania parametrów brzegowych?

**Pytanie 10:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 50

*„Liczba rejestrowanych odprowadzeń –3”*

Czy Zamawiający ma na myśli 3 kanały czy 3 odprowadzenia?

**Pytanie 11:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 54

*„Podgląd zapisu EKG na monitorze komputera w czasie rzeczywistym”*

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym dostępny będzie bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia?

**Pytanie 12:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 55

*„Możliwość rozbudowy systemu o holter ciśnienia lub holter kombinowany EKG i RR”*

Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania bądź dopuści tylko system dla holtera EKG?

**Pytanie 13:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 57

*„Jeden program do badań metodą holtera ciśnieniowego i EKG, badań wysiłkowych i EKG spoczynkowego”*

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, gdzie jeden program obsługuje badania metodą holtera EKG oraz EKG spoczynkowego?

**Pytanie 14:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 60

*„Możliwość wczytywania pacjentów do systemu przy użyciu czytnika kodów paskowych, kart magnetycznych lub ręczne wprowadzenie pacjenta”*

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym możliwość wczytania pacjenta do systemu odbywać się będzie bez użycia kart magnetycznych?

**Pytanie 15:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 61

*„Karta pacjentów zawierająca szczegółowe dane pacjenta: imię, nazwisko, datę urodzenia, unikalny identyfikator, płeć, wzrost, wagę, wskaźnik BMI, zdjęcie pacjenta, rodzaj trybu życia, stymulator, adres, e-mail, telefon, pole do wpisywania uwag”*

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, bez wskaźnika BMI, zdjęcia pacjenta oraz rodzaju trybu życia?

**Pytanie 16:** dotyczy: Parametry techniczne holtera EKG 3 kanałowy (2 szt.), p. 65

*„Wbudowany detektor ruchu”*

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie, w którym zamiast wbudowanego detektora ruchu, urządzenie będzie posiadało elektroniczny dzienniczek pacjenta z oznaczeniem takich aktywności jak: wysiłek, sen, jawa, przyjmowanie leku, emocje, zmęczenie, co znacznie ułatwia lekarzowi interpretującemu badanie, przeanalizowanie zapisu badania holterowskiego?