

Załącznik nr 1**Formularz asortymentowo – cenowy oraz kryteria wymagane zamkniętego systemu do pobierania krwi i czynnika do OB.**

Lp.	Rodzaj asortymentu	Zapotrzebowanie na 24 miesiące w sztukach	Proponowana wielkość opakowania*	Ilość opakowań*	Cena za szt. netto*	Cena jedn. opakow.netto*	% VAT*	Cena jedn.opakow. brutto*	Wartość netto*	Wartość brutto*	Nr katalogowy *	Nazwa handlowa*
1	Probówka(1) z antykoagulantem K2EDTA, plastik, poj. 2 – 3 ml	60 000										
2	Probówka(1) z antykoagulantem K2EDTA lub K3EDTA, plastik, poj. 1 – 1,5 ml	1 000										
3	Probówka(2) do OB, do systemu automatycznego, poj. 1,5 ml - 2ml, plastik	20 000										
4	Probówka na skrzep z czynnikiem wykrzepiającym , plastik , poj. 8- 9ml	35 000										
5	Probówka na skrzep z czynnikiem wykrzepiającym , plastik , poj. 4 ml	35 000										
6	Probówka(3) do badań koagulologicznych 3,2% cytrynian sodowy, plastik, poj. 2-3ml,	8 000										
7	Probówka(1) do badań glukozy , NAF/ inhibitor glikolizy, plastik, poj. 1,2 – 2 ml	20 000										

8	Probówka(1) do badań glukozy z Na ₂ EDTA, fluorku sodu, kwasu cytrynowego i cytrynianu sodu.	100										
9	Igły standardowe do systemu zamkniętego nr 8	35 000										
10	Igły standardowe do systemu zamkniętego nr 9	35 000										
11	Igła systemowa zapewniająca wizualizację prawidłowego wklucia jeszcze przed podłączeniem probówki ; nr 8 i nr 7 , (po 50 %)	10 000										
12	Uchwyt standardowy jednorazowy do połączenia z igłą systemową (jeśli system tego wymaga)	80 000										
13	Uchwyt sterylny, umożliwiający decentryczne połączenie żeńskiej końcówki typu Luer (bez konieczności używania dodatkowych elementów)	800										
14	Uchwyt zwiększający bezpieczeństwo personelu z wbudowaną osłonką do zabezpieczania ostrza igły po pobraniu,	50										
15	Końcówki systemowe do nakraplania krwi bez otwierania probówki	3 000										

16	Statyw do odczytu OB. metodą zamkniętą w próbówkach do weryfikacji automatycznego odczytu OB.	2										
17	Dzierżawa automatycznego czytnika(4) do OB. (na 24 miesiące)	1										
	SUMA											

* należy wypełnić

Niespełnienie któregokolwiek kryterium spowoduje odrzucenie oferty

TERMIN sukcesywne dostawy wraz z dostawą automatycznego czytnika do OB od 1 lipca 2016r. pozostałe dostawy max 14dni od złożenia zamówienia (jeśli Wykonawca wpisze termin krótszy to taki będzie wymagany)max dni

Kryteria wymagane	Potwierdzenie spełnienia kryterium wymaganego
(1)korek próbówki odkręcany, z gwintem umożliwiający łatwe i bezpiecznie usunięcie korka	
(2) próbówki do OB. kompatybilne z oferowanym aparatem do OB	
(3)próbówka powinna posiadać wolną przestrzeń co najmniej 2 cm ³ pozwalającą na prawidłowe wymieszanie próbki krwi z odczynnikiem	
Wszystkie próbówki muszą być plastikowe i posiadać znacznik pobrania	
Wszystkie elementy systemu w celu zapewnienie pełnej kompatybilności winny pochodzić od 1 producenta, potwierdzone dokumentem od producenta systemu	
(4) Czytnik do OB musi umożliwiać:	
• analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2015 rok	
• możliwość dostawiania próbek w trakcie serii pomiarowej bez konieczności zamykania cyklu pracy aparatu	
• wydajność co najmniej 200 oznaczeń / godz.	
• wyposażony w zintegrowany lub zewnętrzny czytnik kodów kreskowych czytający standard kodu Code 128C z etykiet z nadrukowanym kodem kreskowym	
• czytnik koryguje automatycznie wynik względem temperatury 18 ⁰ C	
• pozwala wykonywać kontrolę jakości za pomocą próbek kontrolnych dostarczonych wraz z czytnikiem.	
• dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym firmy MARCEL posiadanym przez Zamawiającego- podłączenie analizatora do systemu na koszt Wykonawcy	
• dostarczenie wraz z analizatorem pełnej instrukcji obsługi i konserwacji czytnika oraz wykonywania kontroli jakości w języku polskim (forma pisemna i elektroniczna)	
• bezpłatna gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy- uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów oraz okresowych przeglądów serwisowych (co najmniej 1 x na rok)	
• szkolenie personelu potwierdzone zaświadczeniem po dostawie czytnika	
•Dla poz. 1-11: każda sztuka asortymentu posiada oznaczenie sterylności na etykiecie	
•Sprawdzian LabQuality dla próbek OB. 2 razy w ciągu trwania umowy na koszt Wykonawcy	
•Przedmiot zamówienia (próbówki) powinien być kompatybilny z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego : Sysmex K-4500 z podajnikiem, Sysmex XS 1000i, Cobas Integra 400 Plus, Cobas e411, Chrom 3003 oraz wirówkami MPW 223e	
•Szkolenie personelu laboratorium z zakresu techniki pobierania za pomocą systemu próżniowego potwierdzone zaświadczeniem	

Niespełnienie któregośkolwiek kryterium spowoduje odrzucenie oferty