

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

24 miesięczna gwarancja na wymieniony asortyment

1.Przedmiot : **System holtera 12 – kanałowy z 2 rejestratorami** - 1 sztuka

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Czas zapisu badania do 48 godzin	TAK	
3.	12 kanałów EKG	TAK	
4.	Cyfrowy zapis badania	TAK	
5.	Baterie AAA akumulatory z ładowarką – 2 sztuki	TAK	
6.	Rejestrator na baterie AAA – 2 sztuki	TAK	
7.	Torba na rejestrator i pas	TAK	
8.	Próbkowanie 2048 Hz	TAK	
9.	Dokładność A/D 16 bitów	TAK	
10.	Interwał dynamiczny +/- 20mv	TAK	
11.	Zakres przesunięcia DC +/-800mv	TAK	
12.	Impedancja na wejściu min.100mΩ	TAK	
13.	Częstotliwość 0.05hz – 150hz	TAK	
14.	Połączenie z PC USB, Bluetooth	TAK	
15.	Elektrody jednorazowe w zestawie	TAK	
16.	Wymiary 53x67,5x18,5mm +/- 5 mm	TAK	
17.	Waga 50g +/- 10g	TAK	
18.	Oprogramowanie na płycie CD po polsku	TAK	
19.	Instrukcja w języku polskim	TAK	
20.	Oprogramowanie w języku polskim	TAK	

21.	Podgląd sygnału EKG przed rozpoczęciem badania	TAK	
22.	Automatyczna analiza po sczytaniu badania	TAK	
23.	Automatyczny zapis badania do bazy danych	TAK	
24.	Wykresy: HR QT ST	TAK	
25.	Archiwizacja na CD DVD	TAK	
26.	Praca na szablonach	TAK	
27.	Podgląd zdarzeń	TAK	
28.	Histogram i tabela czasu HRV	TAK	
29.	Rozkład czasowych HRV	TAK	
30.	Obszar częstości HRV	TAK	
31.	Posumowanie QT	TAK	
32.	Stymulator: podsumowanie wykres	TAK	
33.	Trendy: V, SV, RR	TAK	
34.	Ręczne łączenie i dzielenie szablonów	TAK	
35.	Automatyczne łączenie i dzielenie szablonów	TAK	
36.	Pomiar czasu i amplitud na ekranie monitora	TAK	
37.	Precyzyjna klasyfikacja QRS i analiza rytmu	TAK	
38.	Możliwość drukowania :-streszczenie, sprawozdanie, trendy, RR histogram i wybrane próbki, próbki EKG, podsumowanie QT, podsumowanie stymulatora, wykres stymulatora, podgląd zdarzeń, HR, ST min/max, histogram i tabela czasu HRV, rozkład czasowych HRV, obszar częstości HRV	TAK	
39.	System rejestracji EKG z oprogramowaniem do zainstalowania na zestawie komputerowym z możliwością do wykorzystywania do rejestracji ciśnienia tętniczego.	TAK	
40.	Automatyczna analiza arytmii komorowych i nadkomorowych z możliwością zdefiniowania parametrów brzegowych	TAK	
41.	Automatyczna analiza odcinka ST z możliwością zdefiniowania parametrów brzegowych	TAK	
42.	Możliwość korekty klasyfikacji każdego pobudzenia, zarówno grup jak i pojedynczych pobudzeń	TAK	

43.	Baza danych pacjentów i badań	TAK	
44.	Możliwość konfiguracji raportu końcowego	TAK	
45.	Możliwość modyfikacji parametrów analizy rytmu	TAK	
46.	Test prawidłowego podłączenia elektrod do pacjenta widoczny na ekranie komputera	TAK	
47.	Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy)	TAK	
48.	Automatyczna kalibracja	TAK	
49.	Analiza QT, QTC oraz dyspersji	TAK	
50.	Analiza rozruszników serca	TAK	
51.	Liczba rejestrowanych odprowadzeń -12	TAK	
52.	Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia badania (data, godzina)	TAK	
53.	Detekcja pików rozrusznika serca	TAK	
54.	Podgląd zapisu EKG na monitorze komputera w czasie rzeczywistym	TAK	
55.	Możliwość rozbudowy systemu o holter ciśnienia lub holter kombinowany EKG i RR	TAK	

2.Przedmiot : Aparat EKG 12 – kanałowy – 1 sztuka

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
56.	Wydruk zapisu badania bezpośrednio na drukarce zewnętrznej w formacie A4.	TAK	
2.	Możliwość magazynowania kilku tysięcy badań na zewnętrznej pamięci USB.	TAK	
3.	Wygodne i szybkie przenoszenie badań do i z komputera użytkownika lub innego aparatu EKG poprzez pamięć USB (PenDrive).	TAK	

Załącznik nr 1

4.	Sygnalizacja złego podłączenia poszczególnych elektrod.	TAK	
5.	Zakładanie papieru w innowacyjnym, który zwiększa odporność drukarki termicznej na uszkodzenia mechaniczne i wydłuża jej żywotność.	TAK	
6.	Automatyczna analiza i interpretacja	TAK	
7.	Duży, min. 6,5" wyświetlacz wysokiej rozdzielczości z panelem dotykowym	TAK	
8.	Praca w trybie Auto lub Manual	TAK	
9.	Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych	TAK	
10.	Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna	TAK	
11.	Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG	TAK	
12.	Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego (złącze VGA)	TAK	
13.	Możliwość podłączenia klawiatury zewnętrznej (złącze PS/2)	TAK	
14.	Wydruk na papierze 112 mm	TAK	
15.	Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów	TAK	
16.	Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV	TAK	
17.	Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s	TAK	
18.	Baza pacjentów z pamięcią min. 1024 badań	TAK	
19.	Detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału	TAK	
20.	Detekcja stymulatora serca	TAK	
21.	Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu	TAK	
22.	Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń	TAK	
23.	Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego	TAK	
24.	Cyfrowy filtr pływania izolinii	TAK	
25.	Interfejs komunikacyjny: min. 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną, pamięcią USB -	TAK	

	PenDrive)		
26.	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe	TAK	
27.	Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora	TAK	
28.	Menu wyświetlane na ekranie	TAK	
29.	Możliwość konfiguracji wyglądu i kompozycji ekranu	TAK	
30.	Możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania	TAK	
31.	Zasilanie w drugiej klasie bezpieczeństwa	TAK	
32.	Wymiary max. (D x S x W): 310x230x66mm	TAK	
33.	Waga < 2,1 kg	TAK	
34.	Wózek z wysięgnikiem na kabel pacjenta dedykowany do aparatu.	TAK	
35.	Drukarka laserowa A4	TAK	
36.	Kabel EKG	TAK	
37.	Elektrody przyssawkowe	TAK	
38.	Elektrody kończynowe klipsowe	TAK	
39.	Żel EKG 250g	TAK	

Poz.1 Cena nettoCena brutto.....

Poz. 2 Cena nettoCena brutto

WARTOŚĆ NETTO za cały asortyment

WARTOŚĆ BERUTTO za cały asortyment

SŁOWNIE BRUTTO :

VAT %

Podpis osoby upoważnionej