

Lublin 22.05.2012r.

OGŁOSZENIE –odpowiedzi

3311/ 18 /2012r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 156940-2012 w dniu 16.05.2012r. SIWZ 16/2012r.

Zamawiający otrzymał następujące pytania :

1.Dotyczy punk.7 parametrów granicznych . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym materiał badany pobierany jest za pomocą jednorazowych końcówek , co eliminuje całkowicie zjawisko carry – over , zaś odczynniki dozowane są za pomocą stałej sondy , płukanej po każdej aspiracji

Odpowiedź :

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody . Pozostaje przy zapisach SIWZ

2.Dotyczy formularza cenowego : prosimy o podanie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywanie oznaczeń kontrolnych dla każdego parametru . Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania wystarczającej ilości materiałów kontrolnych .

Odpowiedź :

Minimum na dwóch poziomach przez 5 dni w tygodniu .

3.Dotyczy formularza cenowego : czy podana ilość testów zawiera już ilości przeznaczone na wykonanie oznaczeń kalibracyjnych i kontrolnych , czy też ilości testów przeznaczone na ten cel należy doliczyć do oferty .

Odpowiedź :

Tak , podana ilość testów zawiera już ilości przeznaczone na wykonanie oznaczeń kalibracyjnych i kontrolnych