

Szanowni Wykonawcy udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania

Dotyczy postępowania ogłoszonego w BZP w dniu 8..10.2015r. Nr 147035-2015r.

Pytanie do SIWZ

Dotyczy: załącznik nr 1 formularz asortymentowo ofertowy

Zintegrowany aparat do fizykoterapii:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z możliwością wykonywania zabiegów elektroterapii na 1 obwodzie umożliwiający wykonywanie interferencji 4 polowej.

Odpowiedź : Tak

2. Czy Zamawiający oczekuje żeby aparat posiadał na wyposażeniu głowicę ultradźwiękową o powierzchni działania 5cm² Prosimy o podanie wymaganych akcesoriów do terapii ultradźwiękami.

Odpowiedź : Tak i dodatkowo powinna być bezobsługowa głowica ultradźwiękowa

3. Prosimy o określenie minimalnych parametrów oczekiwanej maty do terapii polem magnetycznym

Odpowiedź : Minimalne wymiary maty 25 x 50 cm

4. Czy urządzenie powinno posiadać możliwość rozbudowy o moduł fali uderzeniowej?

Odpowiedź : Nie

5. Czy Zamawiający oczekuje na wyposażeniu stolika jezdnego wykonanego przez producenta aparatu?

Odpowiedź : Tak

Aparat do laseroterapii i biostymulacji laserowej na statywie jezdnym

6. Czy Zamawiający dopuści skaner laserowy o mocach R 100mW oraz IR 450mW?

Odpowiedź : Tak

7. Prosimy o określenie wymagań dotyczących punktowej sondy laserowej.

Odpowiedź : Sonda punktowa IR 808nm ,400mW

8. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 2 sztuk okularów ochronnych?

Odpowiedź : Tak

Leżanka rehabilitacyjna do terapii manualnej i masażu

9. Czy leżanki powinny posiadać system jezdny załączany za pomocą dźwigni nożnej w dolnej części stołu?

Odpowiedź : TAK

Wirówka do masażu kończyn górnych

10. Czy wirówka powinna posiadać na wyposażeniu wodoodporne krzesło na stopkach dla pacjenta przy wykonywanym masażu?

Odpowiedź : Tak

Wirówka do masażu kończyn dolnych

11. Czy wirówka powinna posiadać na wyposażeniu wodoodporne krzesło na stopkach dla pacjenta przy wykonywanym masażu?

Odpowiedź : TAK

12. Czy Zamawiający dopuści aparat o lepszych parametrach niż opisane w SIWZ , mianowicie aparat do krioterapii ciekłym azotem ze zbiornikiem o pojemności 30 litrów , z 5-cio stopniową regulacją intensywności nadmuchu i zużyciem azotu na poziomie 3 do 10 kg /h (praca ciągła w zależności od intensywności nadmuchu . Dot .części nr 3

Odpowiedź : Nie , ponieważ nie będzie on kompatybilny ze sprzętem , który posiadamy aby stosować zbiornik na wymianę

13. Dot . części nr 4 -Czy Zamawiający dopuści leżankę o szerszym zakresie regulacji wysokości tj.od 44- 101 cm spełniającą pozostałe wymagania .

Odpowiedź : TAK

14. Dot. części nr 6 – wirówka do masażu kończyn górnych , czy zamawiający dopuści wannę wyposażoną w 4 dysze o pojemności 20 litrów co w żaden sposób nie wpływa na parametry przeprowadzonego zabiegu, a stanowi bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż opisane w SIWZ.

Odpowiedź: NIE, ponieważ ilość dysz ma znaczenie dla dokładności i jakości masażu wirowego kończyn górnych.

15. Dotyczy części nr 7- wirówka do masażu kończyn dolnych czy zamawiający dopuści wannę wyposażoną w 4 dysze o pojemności 40 litrów co w żaden sposób nie wpływa na parametry przeprowadzonego zabiegu, a stanowi bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż opisane w SIWZ.

Odpowiedź: NIE, ponieważ ilość dysz ma znaczenie dla dokładności i jakości masażu wirowego kończyn dolnych.

16. Czy zamawiający dopuści parawan harmonijkowy składający się z 9 skrzydeł o szer. 30cm, co daje długość 270 cm przy pełnym rozłożeniu.

Odpowiedź : NIE, minimalna ilość skrzydeł i pozostałe parametry zostały podane w SIWZ.

17.Poz 1. Zintegrowany aparat do fizykoterapii co Państwo mają na myśli pisząc "mata magnetyczna" czy to jakiś aplikator?

Odpowiedź : TAK , to rodzaj aplikatora do wykonywania zabiegu z zakresu magnetoterapii

18.Poz 2. Aparat do laseroterapii i biostymulacji na statywie jezdnym z możliwością regulacji ramienia aplikatora- czy dopuszczą Państwo aparat z sondą R o mocy maksymalnie 100mW?

Odpowiedź : Tak R=100mW ,IR=450 mW

19.Poz 3. Aparat do krioterapii ciekłym azotem. Czy dopuszczą Państwo aparat ze zbiornikiem 30l ?

Odpowiedź: NIE, ponieważ nie będzie on kompatybilny ze sprzętem który posiadamy aby można było stosować zbiornik na wymianę .

20. Poz 5. Bieżnia treningowa. Czy dopuszczą Państwo bieżnię z kątem nachylenia 0-12% i wymiarami bieżnika 150/51 cm ?

Odpowiedź :NIE, tak jak w SIWZ.

21. Poz 6. Wirówka do masażu kończyn górnych. Czy dopuszcza Państwo wirówkę wg podanej niżej specyfikacji:

- 44 powietrzne dysze do hydromasażu
- Pojemność: minimalna wymagana do zabiegu 30 l; maksymalna możliwa do przelewu 48 l
- System zabezpieczający przed pracą na sucho
- Elektronicznie sterowane odkamienianie
- Czujnik temperatury wody
- Funkcja ciepłego prysznica
- Hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)
- Wygodne krzesło

Dane techniczne:

Pojemność:

minimalna: 30 l

maksymalna: 45 l

Pobór mocy: 0,9 kW

Liczba dysz: 44 szt.

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 90 cm x 95 cm x 92 cm

Masa: 60 kg

Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B

Odpowiedź: NIE

22. Poz. 7 Wirówka do masażu kończyn dolnych. Czy dopuszcza Państwo wirówkę wg poniższej specyfikacji?:

- 6 kierunkowych dysz
- Pojemność 160 l
- Pompa jest zabezpieczona przed pracą na sucho
- Sterowany elektronicznie system odkamieniania
- Czujnik temperatury wody
- Automatyczne napełnianie
- Ciepły prysznic
- Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)
- W zestawie stopnie pozwalające na łatwy dostęp do wirówki

Dane techniczne:

Pojemność:	120-160 l
Pobór mocy:	0,9 kW
Liczba dysz:	6 szt.
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	118 cm x 62 cm x 81 cm
Masa:	55 kg
Bezpieczeństwo elektryczne:	klasa I, typ B

Odpowiedź: NIE, ze względu na zbyt duże parametry zużycia wody i gabaryty urządzenia.

23. Poz 7 Wirówka do masażu kończyn dolnych. Czy dopuszcza Państwo wirówkę wg poniższej specyfikacji?:

- 38 powietrznych dysz do masażu
- Pojemność 65 l
- Pompa posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Sterowany elektronicznie system odkamieniania wody i urządzenia
- Czujnik temperatury wody
- Prysznic ciepły
- Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)
- Obrotowe krzeselko w zestawie

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa:	45-65 l
-----------------------------	---------

Pobór mocy: 0,9 kW
Liczba dysz: 38 szt.
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 98 cm x 90 cm x 62 cm
Masa: 45
Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B
Odpowiedź: NIE