

Lublin dn.19.06.2017r.

ODPOWIEDZI - Dostawa odczynników do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora

1. W związku z zapisami w tabeli parametry graniczne analizatora prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dwóch odczynników, dla których czas otrzymania wyniku wynosi więcej niż 30 min. HbsAg – 55 min. i witamina D – 39 min.

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada system mycia sond zapobiegający kontaminacji. Analizator posiada zarówno dopuszczenie CE jak i FDA i jest analizatorem używanym do diagnostyki także testów najbardziej wrażliwych na potencjalną kontaminację jak np. testy do diagnostyki markerów chorób zakaźnych. Nawet analizatory stosujące jednorazowe końcówki dozujące są potencjalnie narażone na kontaminację poprzez zastosowanie kuwety przepływowej do odczytu przebiegu reakcji immunochemicznej.

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

3. Czy pod pojęciem „Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora. Zamawiający rozumie, że aparat nie wymaga wykonywania kalibracji, a tym samym zestawy odczynnikowe nie wymagają zaoferowania kalibratorów i kalibracja jest stabilna przez cały okres stosowania odczynnika? Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator, w którym w ulotkach odczynnikowych nie ma zapisu o krzywej kalibracyjnej wczytywanej automatycznie natomiast w kodzie kreskowym każdego odczynnika i protokole aplikacyjnym zawarte są zawarte informacje o przebiegu krzywej kalibracyjnej, a po wykonaniu kalibracji pojawia się informacja czy kalibracja zostaje zatwierdzona, czyli mieści się w ramach dopuszczalnych dla krzywej kalibracyjnej zawartych w aplikacji testu i kodzie kreskowym dla danego odczynnika.

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ (pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora)

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli dedykowanych dla parametrów HBsAg, dla których producent nie przewiduje używania multikontroli?

Odpowiedź – Tak

5. Prosimy o informacje czy do podanej liczby oznaczeń na okres 24 miesięcy należy doliczyć testy na kalibrację i kontrolę czy zostały one uwzględnione. Jeśli Zamawiający wymaga dołączenia testów na kalibrację i kontrole to prosimy o podanie harmonogramu kontroli jakości dla poszczególnych parametrów.

Odpowiedź - Nie ,testy kalibracyjne i kontrolne zostały wliczone

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej za niezrealizowanie przedmiotu umowy na 10% całkowitej wartości umowy brutto?

Odpowiedź – Nie

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i zamontowanie analizatora w terminie 30 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź - Tak, zgodnie ze wzorem umowy

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozpatrzenie reklamacji dotyczących dostawy odczynników w zakresie wad ilościowych w terminie 2 dni roboczych?

Dotyczy wzoru umowy

9. §2. pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni?

Odpowiedź – Zgodnie ze SIWZ

10. §3 pkt. 1, 2, 4 Czy w związku z obowiązującym od dnia 19.10.2014 art. 142 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„Zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawa zamówień publicznych, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT .”

Art. 142 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiających obowiązek umieszczenia w umowie o zamówienie publiczne zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowienia dotyczącego zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zaproponowany powyżej zapis przewidujący waloryzację wynagrodzenia umownego zapewnia realizację przez Zamawiającego nałożonego na niego obowiązku.

Odpowiedź – Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu BZP nr 532926 –N-2017 z dnia 14.06.2017 punkt IV.5-zmiany w postaci aneksu

11. §3 pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź – zgodnie ze SIWZ

12. §4 pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni?

UWAGA §4 pkt. 5, 6 - czy jesteśmy w stanie w tych terminach rozpatrzyć reklamacje?

Odpowiedź – zgodnie ze SIWZ

13. §6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź – zgodnie ze SIWZ

14. §7 pkt. 2.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź – zgodnie ze SIWZ

15. §7 pkt. 2.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Odpowiedź – zgodnie ze SIWZ

16. §8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź – zgodnie ze SIWZ

17. §10 pkt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”

UWAGA §10 Czy jesteśmy w stanie w takim czasie usunąć awarię?

Odpowiedź – zgodnie ze SIWZ

18. §10 pkt. 3 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

Odpowiedź – Zamawiający postanowienia o ochronie danych osobowych zamieścił we wzorze umowy Załącznik Nr 4