

WOMPCPL 3311/7/2014r.

Lublin 23.06.2014r.

ODPOWIEDZI

**Przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP 203384-2014 na dostawę urządzeń medycznych
Zamawiający otrzymał następujące pytania od Wykonawców :**

1.Czy Zamawiający dopuści kabinę audiometryczną o wymiarach wewnętrznych 74 x 75 x 190 , przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych kabiny jak w specyfikacji

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę

2.Czy Zamawiający dopuści kabinę o wymiarach drzwi 53x184,5 podane wymiary nieznacznie odbiegają od wymaganych i nie wpływają na ergonomię pracy .

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę

3.Czy Zamawiający dopuści kabinę audiometryczną z oknem dwuszybowym o wymiarach 46 x 59 cm .Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego .

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 26.06.2014r. godzina 10:00 ., w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 133937-2014r. z dnia 23.06.2014r.