

Zał. nr 1. Formularz asortymentowo-cenowy

[illegible]

12.	Kwas moczowy zestaw dwuskładnikowy, odczynniki ciekłe, brak wpływu kwasu askorbinowego w stężeniu do 30 mg/dl na wynik oznaczenia		5 000										
13.	Żelazo		4 000										
14.	Wapń, metoda Arsenazo III		4 000										
15.	Magnez z błękitem ksylidylu		4 000										
16.	GGTP		4 000										
17.	ALP		4 000										
18.	Białko w moczu z chlorkiem benzothonium		2 000										
19.	Kalibrator HDL-CHOL		36 ml										
20.	Surowica kontrolna - poziom normalny, materiał ludzki		340 ml										
21.	Surowica kontrolna - poziom patologiczny materiał ludzki		340 ml										
22.	Multikalibrator		168 ml										
23.	Surowica lipidowa – poziom normalny		144 ml										
24.	Surowica lipidowa – poziom patologiczny		144 ml										
									Razem			—	—

UWAGA: Liczby opakowań odczynników na 18 miesięcy podane w załączniku mają stanowić liczby całkowite uzyskane po zaokrągleniu w górę wartości wyliczonych

Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów granicznych do pakietu nr1

Lp.	Parametry graniczne	Warunek konieczny	Opis*
1	Możliwość oznaczania wszystkich parametrów podanych w zał. nr 1 na analizatorze Hitachi 902 zgodnie z opisem i podaną metodą analityczną	TAK	
2	Świadectwo CE dla odczynników		
3	Do oferty dołączyć po 1 opakowaniu każdej pozycji odczynnikowej dla potwierdzenia , że oferta odczynnikowa jest zgodna z zał. Nr 1 , dostarczenie wszystkich ulotek odczynnikowych oraz kart charakterystyk materiałów niebezpiecznych (forma elektronicznej wraz z pierwszą dostawą)	TAK	
4	Dostarczenie aplikacji na analizator dla wszystkich parametrów z zał. Nr 1 wraz z pierwszą dostawą	TAK	
5	Wykonawca zapewni kontrolę jakości pracującą w interaktywnym systemie kontroli jakości obejmującą dzienną wewnętrzną i między laboratoryjną kontrolę jakości w czasie trwania umowy	TAK	
6	Opieka aplikacyjna i merytoryczna przez cały okres trwania umowy	TAK	
7	Kontrola zewnątrz laboratoryjna przez cały okres obowiązywania umowy (międzynarodowy program kontroli jakości laboratoryjnej parametrów biochemicznych- minimum 1 razy w miesiącu)	TAK	

8	Surowice kontrolne o jednym numerze serii przez minimum 12 m-cy	TAK	

* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty