

Nazwa Firmy.....
Adres
Telefon....., fax.....

Załącznik Nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

24 miesięczna gwarancja na wymieniony asortyment

Przedmiot: Spirometr diagnostyczny – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE	NOTATKI	NOTATKI
1.	Prosty w obsłudze spirometr diagnostyczny		
2.	Menu w języku polskim		
3.	Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe		
4.	Spirometr wykonujący badania FVC, VC, IVC, MVV		
5.	Wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. 320x240 pikseli		
6.	Wyświetlanie automatycznej graficznej interpretacji badania		
7.	Wyświetlanie automatycznej tekstowej interpretacji badania wg min. 11 poziomów ATS		
8.	Wyświetlanie testu poprawności badania		
9.	Wyświetlanie pełnego raportu spirometrycznego wraz z górną częścią krzywej F/V		
10.	Możliwość wyświetlenia min. 8 wydmuchów (wykresów) równocześnie na ekranie		
11.	Możliwość podłączenia do komputera poprzez złącze USB, RS232, Bluetooth		
12.	Sygnalizacja dźwiękowa wymaganej długości wdechów i wydechów		
13.	Animacja graficzna prowadząca pacjenta w trakcie badania sygnalizującą przebieg badania - poprawności wydechu / wdechu		
14.	Współpraca z turbinami cyfrowymi jednorazowego lub wielorazowego użytku (przepływomierz) nie wymagającymi kalibracji		
15.	Zasada pomiaru turbiny – przerwanie wiązki podczerwieni		
16.	Możliwość drukowania wyników badań na zintegrowanej termicznej drukarce na papierze o szerokości min. 112 mm		
17.	Możliwość przeprowadzenia badania bronchodilatacyjnego PRE-POST z porównaniem wyników		
18.	Pamięć pozwalająca zapisać min. 6000 badań		
19.	Spirometr mierzący min. 32 parametry wdechowe i wydechowe		
20.	Urządzenie wyposażone w wewnętrzny, półprzewodnikowy czujnik temperatury		
21.	Oprogramowanie spirometryczne w języku polskim		
22.	Turbiny cyfrowe jednorazowe 500 szt. oraz ustniki jednorazowe 500 szt.		
23.	Zakres przepływu min. 16l/s		
24.	Zakres objętości min. 10l		
25.	Dokładność objętości max +/- 3% lub 50 mL		
26.	Dokładność przepływu max +/- 5% lub 200 mL/s		
27.	Opór dynamiczny max 0,5 cm H ₂ O/L/s		
28.	Wymiary max 310 x 205 x 65mm		

29.	Waga max 2 g		
30.	Wyposażony w funkcję pulsoksymetrii		
31.	Możliwość długoterminowego pomiaru SPO2 i pulsu		
32.	Kalkulacja ODI, NOD, T90%, T89%, T88% i T87%		
33.	Możliwość zapisu badania pulsoksymetrycznego podczas snu z zapisem artefaktów.		
34.	Możliwość pomiaru pulsoksymetrii podczas ćwiczenia (chodzenia)		
35.	Zakres SpO2 min 0-99%		
36.	Zakres pulsu min 30-250 BPM		
37.	Dokładność pomiaru SpO2 max $\pm$ 2% pomiędzy 70-99% SpO2		
38.	Dokładność pomiaru pulsu $\pm$ 2BPM lub 2%		

Przedmiot: Aparat EKG – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE	NOTATKI	NOTATKI
1.	Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera		
2.	Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV		
3.	Automatyczna analiza i interpretacja		
4.	Wyświetlacz graficzny, prezentacja 12 odprowadzeń EKG		
5.	Klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca wprowadzenie danych pacjenta		
6.	Praca w trybie Auto lub Manual		
7.	Automatyczna analiza i interpretacja		
8.	Detekcja stymulatora serca		
9.	Szerokość papieru: 112 mm		
10.	Wydruk w trybie 3, 6, 12 kanałów		
11.	Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s		
12.	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe		
13.	Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego		
14.	Komunikacja z komputerem osobistym poprzez RS232		
15.	Max wymiary(D x S x W): 260 x 200 x 70 mm		
16.	Kabel EKG		
17.	Elektrody przyssawkowe – 1 kpl.		
18.	Elektrody kończynowe klipsowe – 1 kpl.		
19.	Żel EKG 250g		
20.	Papier EKG rolka – 5 szt.		
21.	Kabel zasilający		
22.	Wózek z wysięgnikiem na kabel pacjenta oraz pojemnikiem na akcesoria		

Przedmiot: Aparat kriochirurgiczny– 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE	NOTATKI	NOTATKI
1.	Urządzenie nieelektryczne, sterowanie pneumatyczne		

2.	Wersja mobilna: sterownik wraz z obudową na butlę o poj. 10l		
3.	Czynnik chłodniczy: podtlenek azotu		
4.	Ciśnienie robocze: 3.4 - 5.0 MPa,		
5.	Sonda natryskowa ginekologiczna – 1 szt.		
6.	Krioaplikatory w części mrożącej pokryte 24-karatowym złotem		
7.	Krioaplikator do tarczy szyjki macicy mała – 1 szt.		
8.	Krioaplikator do tarczy szyjki macicy duża – 1 szt.		
9.	Maksymalne wymiary aparatu z obudową butli 1100 / 500 / 250 mm, +/- 50 mm		

Przedmiot: Waga osobowa – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE	NOTATKI	NOTATKI
1.	Elektroniczny pomiaru wagi i wzrostu		
2.	Nośność do 250 kg		
3.	Podziałka – 100 g		
4.	Max wymiary platformy (szer. x wys. x gł.) - 340 x 80 x 350 mm		
5.	Zakres pomiaru wzrostomierza – min. 110 – 200 cm		
6.	Podziałka skali – 1 mm		
7.	Niezależne wyświetlacze LCD dla pomiaru wagi i wzrostu		
8.	Panel sterowniczy z wbudowaną drukarką termiczną		
9.	Automatyczne obliczanie wskaźnika BMI		
10.	Funkcje: TARA, HOLD		
11.	Klasa dokładności CE - III		
12.	Max wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) - 360 x 2200 x 700 mm		
13.	Max waga własna – 17 kg		
14.	Zasilacz		
15.	Opcjonalnie możliwość współpracy z komputerem poprzez interfejs RS232		

Przedmiot: Audiometr – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE	NOTATKI	NOTATKI
39.	Audiometr diagnostyczny klasy III		
40.	Rodzaje wykonywanych badań:		
41.	-próba Fowlera		
42.	-próba Stengera		
43.	-próba Langenbecka		
44.	-audiometria automatyczna		
45.	Zakres częstotliwości dla przewodnictwa powietrznego: 125 ÷ 8 000 Hz		

46.	Zakres częstotliwości dla przewodnictwa kostnego: 250 ÷ 8 000 Hz		
47.	Zakres intensywności dla przewodnictwa powietrznego: do 120 dB max		
48.	Zakres intensywności dla przewodnictwa kostnego: do 80 dB max		
49.	Rodzaje szumów maskujących: biały, wąskopasmowy		
50.	Rodzaje tonów: czysty, modulowany, ciągły, pulsacyjny		
51.	Słuchawki pacjenta nauszne		
52.	Przetwornik kostny		
53.	Słuchawki wewnętrzne		
54.	Słuchawka maskująca		
55.	Instrukcja obsługi w języku polskim		

Przedmiot: Lampa zabiegowa – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE	NOTATKI	NOTATKI
56.	Halogenowe źródło światła		
57.	Płynna regulacja natężenia w zakresie od 30 ÷ 100%		
58.	Ramię prostowodowe		
59.	Napięcie zasilania 230 V 50 / 60 Hz		
60.	Napięcie żarówki – 12V		
61.	Moc żarówki – 50W		
62.	Natężenie światła z odległości 1 m – min. 30 tys. lx		
63.	Temperatura barwowa – 4000 ⁰ K		
64.	Podstawa pięcioramienna z kółkami		

Poz.1 Cena nettoCena brutto

Poz.2 Cena netto Cena brutto

Poz.3 Cena netto Cena brutto

Poz.4 Cena nettoCena brutto

Poz.5 Cena netto.....Cena brutto

Poz.6 Cena nettoCena brutto

WARTOŚĆ NETTO za całe zamówienie

WARTOŚĆ BRUTTO za całe zamówienie

Słownie brutto

Podpis osoby upoważnionej

