



SPZOZ

KRS - 0000012209

WOMP CPL - Dyrekcja

20 - 701 Lublin

ul. Nałęczowska 27

NIP: 712-25-20-810

REGON: 431190120

Dyrektor: (081) 525-87-62

Dyrektor d/s med.: (081) 533-00-34
w. 207

www.womp.lublin.pl

e-mail: info@womp.lublin.pl

WOMP CP-L – Filia nr 1

20 - 701 Lublin

ul. Nałęczowska 27

fax: (081) 525-87-62

Centrala: (081) 533-00-34

Informacje o umowach:

Dział marketingu

(081) 533-00-34 w. 309, 311, 320

WOMP CPL - Filia nr 2

20 - 418 Lublin

ul. Nowy Świat 38

Rejestracja: (081) 534-07-41

Kierownik: (081) 534-07-40

ODDZIAŁY:

WOMP CPL O/ w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska

ul. Okopowa 3

tel.: (83) 342 06 84

WOMP CPL O/ w Chełmie

22-100 Chełm

ul. Nowy Świat 3

tel.: (82) 564 20 20

WOMP CPL O/ w Zamościu

22-400 Zamość

ul. Zagłoby 8

tel.: (84) 639 34 08

WOMPCPL Dz .E 3311 / 17 /2011r. Lublin dn. 4.08.2011r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy : postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „ dostawa urządzeń medycznych „ Numer ogłoszenia 222190-2011 , data zamieszczenia 29.07.2011r.

Wpłynęły następujące zapytania :

1.Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tylko na audiometr , jest to urządzenie na tyle specjalistyczne , że w naszej ocenie , powinna go zaoferować firma specjalizująca się w tego rodzaju diagnostyce i związana z nią aparaturą pomiarową . Jednocześnie wyłączenie audiometru z pakietu pozwoli większej ilości firm na udział w przetargu a przez to na zwiększenie konkurencyjności ?

Odpowiedź : nie , Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej .

2.Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na audiometr lepszej klasy niż III , klasy II lub I ?

Odpowiedź : tak , z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów .

3. Czy Zamawiający na pewno wymaga dostarczenia audiometru wyposażonego w słuchawkę maskującą oraz dodatkowo w słuchawki wewnętrzne .? W obecnie oferowanych audiometrach diagnostycznych stosuje się tylko słuchawkę maskującą stanowiącą opcję dodatkową do audiometru wyposażonego już w „ słuchawki pacjenta nauszne „i „przetwornik kostny „.Słuchawki wewnętrzne mają zastosowanie w klinicznych audiometrach i w znaczny sposób podrażają koszt urządzenia .

Odpowiedź: tak , Zamawiający wymaga wyposażenia aparatu zgodnie z opisem SIWZ.

4.Dotyczy projektu umowy waga osobowa , lampa zabiegowa – prosimy o wyrażenie zgody na rezygnację z wymogu wykonania montażu ,uruchomienia i szkolenia personelu . Jest to sprzęt prosty w obsłudze , dlatego dla wykwalifikowanego personelu medycznego szkolenie takie nie powinno być potrzebne , a sam wymóg sprawia , iż Wykonawcy są zobowiązani ująć koszt takiego szkolenia w cenie oferowanego sprzętu co naraża Zamawiającego na znaczenie większy wydatek niż jest to naprawdę niezbędne .

Odpowiedź : Zamawiający nie zmienia zapisu projektu umowy ,

5.Czy zamawiający dopuści alternatywny audiometr o parametrach:

Lp.	Parametry, funkcje, cechy wyrobu
1.	Audiometria tonalna powietrzna:
1.1.	Częstotliwości: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
1.2.	Maksymalny poziom minimum 130dB HL
2.	Audiometria tonalna kostna:
2.1.	Częstotliwości: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
2.2.	Maksymalny poziom minimum 70dB HL
3.	Maskowanie szumem wąskopasmowym:
3.1.	Częstotliwości:125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
3.2.	Maksymalny poziom minimum 100dB HL
4.	Audiometria słowna: wyrazowa, liczbowa
4.1.	Możliwość badania na wolnym polu oraz słuchawkach powietrznych
5.	Test nad progowy: SISI
6.	Dodatkowe testy audiometryczne: , UCL, automatyczny
8.	Współpraca audiometru z komputerem klasy PC/Laptop
9.	Zasilanie audiometru z portu USB komputera / laptopa
10.	Oprogramowanie do sterowania audiometrem oraz archiwizacji danych, kompatybilne z 64bitowym systemem operacyjnym Windows
11.	Sterowanie audiometrem za pomocą myszy lub klawiatury komputera
12.	Możliwość współpracy audiometru z systemem NOAH
13	Wbudowany mikrofon do komunikacji z pacjentem
14	Sygnalizacja stanu pracy audiometry za pomocą kolorowych diod LED na panelu czołowym audiometru (kanał lewy – dioda niebieska, kanał prawy – dioda czerwona, port USB – dioda zielona, podawanie sygnału – dioda zielona)
15	Wyposażenie: •słuchawki powietrzne z osłonami przeciwhałasowymi •przetwornik kostny •przycisk pacjenta •torba transportowa •przewód USB •oprogramowanie
16	Laptop spełniający wymagania audiometru:
18	Audiometr przystosowany do badań „mobilnych” o wymiarach nie przekraczających: 105 x 180 x 55 mm i wadze: 240g (bez przetworników)

Odpowiedź : nie , Zamawiający nie dopuszcza

6.Czy Zamawiający w celu uzyskania większej liczby ofert dokona wydzielenia lampy zabiegowej do osobnego pakietu ?

Odpowiedź : nie

7.Czy Zamawiający dokona wydłużenia terminu dostawy ?

Odpowiedź : nie

8.Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze stałym natężeniem światła .?

Odpowiedź : nie

9.Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową 4500K ?

Odpowiedź : tak, Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów .