



WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
20 - 701 Lublin, ul. Nałęczowska 27



SPZOZ

KRS - 0000012209

WOMP CPL - Dyrekcja

20 - 701 Lublin

ul. Nałęczowska 27

NIP: 712-25-20-810

REGON: 431190120

Dyrektor: (081) 525-87-62

Dyrektor d/s med.: (081) 533-00-34
w. 207

www.womp.lublin.pl

e-mail: info@womp.lublin.pl

WOMP CP-L – Filia nr 1

20 - 701 Lublin

ul. Nałęczowska 27

fax: (081) 525-87-62

Centrala: (081) 533-00-34

Informacje o umowach:

Dział marketingu

(081) 533-00-34 w. 309, 311, 320

WOMP CPL - Filia nr 2

20 - 418 Lublin

ul. Nowy Świat 38

Rejestracja: (081) 534-07-41

Kierownik: (081) 534-07-40

ODDZIAŁY:

WOMP CPL O/ w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska

ul. Okopowa 3

tel.: (83) 342 06 84

WOMP CPL O/ w Chełmie

22-100 Chełm

ul. Nowy Świat 3

tel.: (82) 564 20 20

WOMP CPL O/ w Zamościu

22-400 Zamość

ul. Zagłoby 8

tel.: (84) 639 34 08

WOMPCPL Dz .E 3311 / 2/ 2014r. Lublin dn. 17.02.2014r. .

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy : przetargu nieograniczonego 3311/2/2014r. ogłoszonego w BZP 28157-2014 z dnia 12.02.2014r.

Zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści folie 28x30cm lub 20x30cm?

Odpowiedź – Tak

Zadanie 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści gaziki sterylne 8W 5x5cm w op.a'2szt. lub a'3szt. lub a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź - Nie

Zadanie 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści maseczki ratownicze bez filtra z ustnikiem?

Odpowiedź - Nie

Zadanie 1, pozycja 38-40

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6min?

Odpowiedź - Tak

Zadanie 1, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści preparat do utrwalania cytologii w aerozolu w op. a'200ml?

Odpowiedź - Nie

Zadanie 1, pozycja 62-64

Czy Zamawiający dopuści przylepce na rolce bez opatrunku na włókninie?

Odpowiedź – Nie

Zadanie 1, pozycja 62-64

Czy Zamawiający dopuści przylepce na rolce bez opatrunku na tkaninie bawełnianej?

Odpowiedź – Nie

Zadanie 1, pozycja 65-66

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy w op.a'7 metrów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź - Nie

Zadanie 1, pozycja 75

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe lub nitylowe bezpudrowe?

Odpowiedź - Nie

Zadanie 1, pozycja 76

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe lub nitylowe pudrowane

Odpowiedź - Nie

Zadanie 1, pozycja 77

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe lub nitylowe

bezpudrowe?

Odpowiedź - Nie

Zadanie 1, pozycja 83-87

Czy Zamawiający oczekuje strzykawk 3-częściowych?

Odpowiedź – strzykawki bez igły , tak jak w SIWZ

Zadanie 1, pozycja 83

Czy Zamawiający dopuści op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź – Tak

Zadanie 1, pozycja 84

Czy Zamawiający dopuści op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź - Tak

Zadanie 1, pozycja 85

Czy Zamawiający dopuści op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź - Tak

Zadanie 1, pozycja 86

Czy Zamawiający dopuści op. a'50szt lub a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź - Tak

Zadanie 1, pozycja 90

Czy Zamawiający dopuści op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź – Nie

Zadanie 1, pozycja 92-99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź – Nie

Zadanie 1, pozycja 103

Czy Zamawiający dopuści wenflon 20G 1,1 mmx32 mm?

Odpowiedź - Nie

Zadanie 1, pozycja 107

Czy Zamawiający dopuści wenflon 20G 1,1 mmx32 mm?

Odpowiedź - Tak

Zadanie 1, pozycja 124

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne lateksowe lub nitrylowe bezpudrowe?

Odpowiedź – Nie

Zadanie 1 – poz. 61

Czy Zamawiający mógłby określić rozmiar prześcieradła z fizeliny

Odpowiedź - standardowe na leżanki lekarskie

Zadanie 3 –poz. 3

Odpowiedź - Czy Zamawiający dopuści probówki wirówkowe plastikowe z polistyrenu na 10 ml z kołnierzem i kreską na 0,5 ml i 10 ml , stożkowe .

Tak , Zamawiający dopuści probówki stożkowe , plastikowe z polistyrenem z kołnierzem i kreską na 0,5 ml i 10 ml , takie aby bez problemu można było odwirować standardową objętość moczu tzn.10 ml .

Zadanie 3 poz. 6

Czy Zamawiający miał na myśli probówki plastikowe Ependorfa a nie tak jak zapisał w formularzu Opendorfa .

Odpowiedź - Tak , Zamawiający miał na myśli probówki plastikowe Ependorfa .

Zadanie 3 poz.7

Zamawiający miał na myśli probówki plastikowe polistyren , poj.11 ml , a nie tak jak zapisał w formularzu probówki plastikowe polietylen , poj. 11ml. .

Odpowiedź Tak Zamawiający miał na myśli probówki plastikowe polistyren poj.11ml (średnica 16mm dłg.10 cm bez kołnierza .

Zadanie 1 poz. 90

Prosimy o wyrażenie zgody na składanie oferty na pojedyncze pozycje – w szczególności poz.90 – szpatułki drewniane .

Odpowiedź - Nie