

**Załącznik nr 2 Parametry graniczne dla pomocniczego aparatu testów paskowych do badania moczu :**

| <b>L.P.</b> | <b>Parametr Wymagany</b>                                                                                                                                                 | <b>Tak/Nie</b> | <b>Opis</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>1</b>    | <b>Paski przeznaczone do aparatu LabuReader będącego własnością Zamawiającego, kompatybilne do aparatu pomocniczego</b>                                                  |                |             |
| <b>2</b>    | <b>Analiza 11 parametrów: ciężar właściwy, krwinki białe, krwinki czerwone, bilirubina, urobilinogen, ciała ketonowe, nitraty, białko, kwas askorbinowy, glukoza, pH</b> |                |             |
| <b>3</b>    | <b>Wydajność aparatu – 500 testów na godzinę;</b>                                                                                                                        |                |             |
| <b>4</b>    | <b>Podajnik aparatu na min. 15 testów paskowych;</b>                                                                                                                     |                |             |
| <b>5</b>    | <b>Ekran – Panel dotykowy</b>                                                                                                                                            |                |             |
| <b>6</b>    | <b>Automatyczne opróżnianie do jednorazowego pojemnika zużytych testów paskowych</b>                                                                                     |                |             |
| <b>7</b>    | <b>Aparat przystosowany do laboratoryjnego systemu informatycznego , koszt podłączenia do LSI posiadanego przez laboratorium - Centrum ponosi wykonawca</b>              |                |             |
| <b>8</b>    | <b>Możliwość pełnej dezynfekcji urządzenia transportującego paski</b>                                                                                                    |                |             |
| <b>9</b>    | <b>Możliwość ustawiania czułości parametrów mierzonych</b>                                                                                                               |                |             |
| <b>10</b>   | <b>Gwarancja techniczna na okres 24 miesięcy</b>                                                                                                                         |                |             |
| <b>11</b>   | <b>Wykonawca zapewnia : instalację aparatu , szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem</b>                                                                           |                |             |

**Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty**