

**DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWYCH MEDYCZNYCH**

Zamawiający wyjaśnia zapisy SIWZ :

Pytania dotyczące SIWZ:

1. Czy Zamawiający rozważy możliwość podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza podawanie cen z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

2. Czy Zamawiający udostępni edytowalną wersję dokumentów: SIWZ + załączniki +umowa ?

Odpowiedź :

Wszystkie dokumenty zamieszczone są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostępne bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego .

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający zmieni zapis na 30 dni od wystawienia ”?”

Odpowiedź :

Nie

Dotyczy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź :

Nie

Dotyczy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego terminu wymiany towaru reklamowanego na zapis:

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 10 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 24 godzin jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź :

Nie

Dotyczy § 6 ust. 2

Składanie reklamacji drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna również odbywać się drogą pisemną. ?

Odpowiedź :

Nie

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Pakiet nr 3 pozycja 1

a) Czy nie nastąpiła omyłka w opisie wielkości- 100 ml?

Odpowiedź :

Zamawiający wpisał omyłkowo 100 ml , w pozycji 1 - wielkość 3 ml

Dotyczy Pakiet nr 3 pozycja 2

b) Czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego?

Odpowiedź : Nie

c) Z jakim kolorem wieczka należy zaoferować pojemnik: żółtym, czerwonym czy białym?

Odpowiedź : kolor obojętny , wieczka winny być szczelne

d) Czy minimalna pojemność pojemnika może mieć 120 ml, bowiem standardowo tego typu pojemniki mają pojemność min. 120 ml, a max. 140 ml? –

Odpowiedź : Tak

Dotyczy Pakiet nr 3 pozycja 3

a) Czy Zamawiający dopuści próbówki z kielichowatym wylotem?

Odpowiedź : Tak

b) Czy Zamawiający dopuści próbówki o poj. użytkowej 10 ml i całkowitej 12 ml?

Odpowiedź : Tak , na próbówce winno być oznaczenie 0,5 ml i 10 ml

Dotyczy Pakiet nr 3 pozycja 6

a) Czy Zamawiający dopuści próbówki z PP

Odpowiedź : Tak

b) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbówek typu Eppendorf z plastiki zatraskowym, zintegrowanym z próbówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się próbówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odpowiedź : Tak

Dotyczy Pakiet nr 3 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści probówki z PP ?

Odpowiedź : Tak

Dotyczy Zadanie nr 9 pozycja 11 i 15

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

Odpowiedź : Nie ma zadania 9 , jeśli chodzi o pakiet 3 pozycja 11 i 15 Zamawiający prosi o końcówki o standardowej jakości

Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 , poz. 1 ma na myśli kuwety do aparatu Hitachi 902 z bionex czy naczynka do Hitachi o poj. 3 ml z polistyrenu ?

Odpowiedź :

Naczynka do Hitachi o pojemności 3ml z polistyrenem

Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 , poz. 6 dopuści probówki z polipropylenu typu Eppendorf o poj. 1,5 ml

Odpowiedź :

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 , poz. 7 dopuści probówki z polipropylenu

Odpowiedź :

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 , poz. 12 dopuści szkiełka nakrywkowe pakowane po 200 sztuk

Odpowiedź :

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 , poz.11 i 15 wymaga końcówek typu Eppendorf czy Gilson

Odpowiedź :

Typ Eppendorf

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku Zgodnie bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka.)(Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn.akt UZPZO O-2546/06)

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza podawanie cen z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

Pytanie –pakiet I pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści folię do obłożenia pola operacyjnego w rozmiarze 30 x 28 cm

Odpowiedź : Nie

Pytanie –pakiet I pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści gaziki niesterylne 13 nitkowe 8 warstwowe

Odpowiedź : Nie

Pytanie - pakiet I pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści gaziki sterylne pakowane po 2 sztuki, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości

Odpowiedź : Nie

Pytanie - pakiet I pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,7 l

Odpowiedź : Nie

Pytanie pakiet I pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści preparat do utrwalania cytologii o pojemności 200 ml

Odpowiedź : Nie

Pytanie pakiet I pozycja 62-64

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na rolce bez opatrunku włókninowy

Odpowiedź : Nie

Pytanie pakiet I pozycja 65-66

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o dużej elastyczności o składzie 79% poliamid 21%elaston

Odpowiedź : Nie

Pytanie pakiet I pozycja 65-66

Czy Zamawiający oczekuje rękawa opatrunkowego o długości 25 m w stanie rozciągniętym

Odpowiedź : Nie

Pytanie- pakiet I pozycja 67-69

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o dużej elastyczności o składzie 79% poliamid

21% elaston

Odpowiedź : Nie

Pytanie pakiet I pozycja 67-69

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 7 m w stanie nierozciągniętym z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości

Odpowiedź : Nie

Pytanie – pakiet I pozycja 80

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 50 cm lub 50 x 70 cm

Odpowiedź :

Pytanie – pakiet I pozycja 82

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 100 ml lub 140 ml

Odpowiedź : Nie

Pytanie - pakiet I pozycja 83-86

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki 3 częściowe

Odpowiedź : Nie

Pytanie – pakiet I pozycja 91-99

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź : Nie

Pytanie – pakiet I pozycja 103

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1 x 32 mm

Odpowiedź : Nie

Pytanie - pakiet I pozycja 105

Czy Zamawiający dopuści kaniule rozmiarze 0,9 x 25 mm

Odpowiedź : Nie

Pytanie pozycja 107

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1 x 32 mm

Odpowiedź : Nie

Pytanie – pakiet I pozycja 115 – 116

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź : Nie

